ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 31806099969

на поставку перчаток и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 полугодие 2018г.

с. Александровское «15» февраля 2018 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Александровская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Гордецкой Елены Львовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Медикал-Сибирь», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Кравченко Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили, по результатам проведения запроса цен на поставку перчаток и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 полугодие 2018г. (на основании протокола комиссии №31806099969-01 от «12» февраля 2018 г.), заключили настоящий контракт о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 Поставщик обязуется осуществить поставку перчаток и изделий медицинского назначения для нужд ОГАУЗ «Александровская РБ» на 1 полугодие 2018г, в ассортименте и количестве в соответствии с прилагаемой спецификацией (далее – товар), являющейся неотъемлемой частью контракта (приложение № 1).
1.2. Срок действия контракта: с момента его подписания и до полного исполнения в части своих обязательств.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Общая сумма контракта составляет **349 872** (триста сорок девять тысяч восемьсот семьдесят два) российских рубля 00 копеек с учетом НДС-18% с учетом расходов на выгрузку товара в месте назначения; на упаковку товара; по сертификации товара; прочие расходы, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту
2.2. Цена в течение срока действия контракта остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления стоимости товара на расчетный счет Поставщика в течение 90 банковских дней на основании акта сдачи-приемки товара Заказчику, подписанного сторонами или уполномоченными ими лицами, и счета-фактуры Поставщика.

3.СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товара осуществляется по предварительной заявке Заказчика с указанием его ассортимента и количества.
3.2 Срок поставки: разовая поставка в течение 15 календарных дней с момента заключения настоящего контракта.
3.3. На момент подписания настоящего договора сроки, указанные в п. 1.2, являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки товара, в случае ее одобрения покупателем.
4.2. Поставка осуществляется за счет поставщика путем доставки Товара Заказчику по адресу: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 20
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям.
4.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 3 дней с момента получения претензии Заказчика.
4.5. Передача товара осуществляется поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию с указанием реквизитов доверенности на уполномоченное муниципальным заказчиком лицо.
4.6. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Заказчику, считается дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае не соответствия товара условиям договора).

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

5.1. Доставка товара должна быть осуществлена Поставщиком до места поставки.
Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы:
- документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности товара требованиям законодательства РФ (либо их заверенные копии):
- регистрационные удостоверения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.10.2006г. №735 «Об утверждении административного регламента федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации изделий медицинского назначения»;
- декларации о соответствии/сертификаты соответствия, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара, и удостоверяющие соответствие товара государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: санитарно-эпидемиологические заключения и т.п. (при наличии), в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» и Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».
5.2. Счет, счет-фактуру; товарную накладную.
5.3. документацию по эксплуатации товара на русском языке (руководство по эксплуатации, паспорт и т.п.).
5.4. Днем осуществления поставки считается день исполнения Поставщиком обязательства по поставке. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с даты передачи товара надлежащего качества Заказчику и подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Заказчику со дня осуществления поставки.

6.КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Качество товара должно соответствовать сертификату качества.
6.2. Поставщик гарантирует, что товары, поставляемые по договору, не будут иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления. Эта гарантия действительна в течение срока хранения поставленного товара. Остаточный срок годности поставляемого товара на момент отпуска будет составлять не менее _80_ % от общего срока годности.
6.3. Приемка товара производится на складе Заказчика в соответствии с Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения товаров народного потребления по количеству П-6, Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству П-7, утвержденных Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.
6.4. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в течение 2 дней от даты передачи товара Заказчику.
6.5. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного товара осуществляется поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих обоснованность претензии.
6.6. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации), не должен иметь дефектов, должен иметь год выпуска не ранее 2017 г.
6.7. Товар при эксплуатации не должен создавать на рабочих местах медицинского персонала и других пользователей уровни вредных факторов (физических, химических и биологических), превышающих предельно допустимые, в соответствии с требованиями санитарного законодательства РФ.
6.8. Товар должен обеспечивать безопасность пациента или безопасность и здоровье пользователей или, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с пользой для пациента и уровнем обеспечения здоровья и безопасности.
6.9. Технические характеристики и эксплуатационные свойства товара не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность пациентов и медицинского персонала или других лиц в течение срока службы товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.
6.10. Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории РФ, по качеству, безопасности должен соответствовать требованиям законодательства РФ или актам законодательства к качеству и безопасности товара, что на момент поставки товара должно подтверждаться документально.
6.11. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям законодательства РФ, способную предотвратить его повреждение и порчу во время перевозки к Заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, и согласно свойствам товара, указанным в эксплуатационной документации на русском языке, прилагаемой к товару.
6.12. **Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключения возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.**
6.13. Отгрузка товара должна производиться силами и средствами Поставщика.

6.14. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством РФ разрешена транспортировка данного вида товара.
6.15. Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки от стоимости не отпущенного в срок товара.
7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Заказчик вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 дней.
7.4. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий настоящего контракта он выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.5. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по контракту Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.
7.7. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего контракта Заказчик имеет право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.
7.8. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является подтверждением выполнения обязательств по контракту.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.10. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного контракта.
8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Заказчиком за не поставленный по настоящему контракту товар, подлежат немедленному возвращению Заказчику.
8.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких обязательств.
8.4. Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по

независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему контракту.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9. Споры и разногласия, возникающие из данного контракта, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Факсимильные копии документов действительны и являются приложением к контракту.
10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим контрактом, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК
ОГАУЗ «Александровская РБ»
Юридический адрес: 636760, Томская обл., Александровский р-н, с. Александровское, ул. Толпарова, 20
ИНН/ КПП 7001000447/702201001
Департамент финансов Томской области, счет № 40601810400003000001
В Отделении Томск г. Томск
л/с М104000509 БИК 046902001
тел/факс: (38-255)25132/24203 приемная главного врача,
(38-255)24088 экономический отдел, отдел по договорам
Эл.адрес: alexsrb@yandex.ru

_____ /Е.Л. Гордецкая/
МП

ПОСТАВЩИК
ООО «Гранд Медикал-Сибирь»
юридический адрес: 634062, г. Томск, ул. Герасименко, д. 1/16 кв. 2
ИНН 7017429190
КПП 701701001
Отделение №8616 Сбербанка России ОАО р/с 40702810864000006905
к/счет №30101810800000000606
БИК 046902606
Тел. 8-909-541-52-57

Эл.адрес: e.shinkevich@advanta-med.ru

_____ /Т.А. Кравченко/
МП

Приложение №1 к государственному контракту
от «15» февраля 2018г. № 31806099969

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование позиции	Характеристики товаров	Ед. Изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Перчатки смотровые нитриловые удлиненные с увлажнителем. Размер М.	Перчатки диагностические для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур (тип 1; 2). Материал изготовления – нитрильный латекс без опудривания. С внутренним функциональным слоем из силикона для облегчения надевания перчаток и изоляции кожи от химических веществ, используемых в процессе производства перчаток. Внутренний слой содержит 2 или более компонента (указать) с эффектами: противоаллергический/ противовоспалительный; увлажнение и питание. Маркировка на упаковке материалов изготовления (в том числе материалов изготовления внутреннего покрытия/слоя) согласно п. 8.2.2 ГОСТ Р 52239-2004. Без хлоринации. Без гидрогелевого или полиуретанового покрытий. Наружная поверхность с синтетическим покрытием для контролируемого захватата инструментов. Универсальной формы, длиной не менее 280 мм, манжета с валиком. Текстурированные на пальцах для улучшеного захвата инструментов. Толщина текстурированных участков перчатки в диапазоне от 0,11 мм до 0,15 мм. Толщина гладких участков перчатки в диапазоне от 0,10 мм до 0,14 мм согласно п.6.1 ГОСТ Р 52239-2004. Удлинение при разрыве до ускоренного старения не менее 700%. Удлинение при разрыве до ускоренного старения не менее 600%. Приемлемый уровень качества (AQL) не более 1,5 (указано на упаковке). Перчатки должны обладать устойчивостью к вирусной пенетрации согласно ASTM F-1671 (наличие протоколов испытаний) и к цитостатикам согласно ASTM-D 6978 (наличие протоколов испытаний). Информация по устойчивости должна быть указана на упаковке. Проницаемость к гидроксиду натрия 40 % - более 480 минут (указано на упаковке). Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIа. Срок хранение - 5 лет с момента изготовления. Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIа (указание в РУ)(для манипуляций, связанных с риском заражения и инфицирования персонала).Вес одной перчатки - не менее 4,5 гр. Размер М.	**пар**	**3000**	8,80	26400,00

2	Перчатки диагностические нитриловые неопудренные текстурированные. Размер S.	Перчатки диагностические для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур. Материал изготовления нитрильный латекс. Внутренняя поверхности перчаток должна быть обработана веществом с компонентом натурального происхождения, Aloe Vera (или эквивалент) (должны обеспечивать длительное и постепенное нанесение компонента на кожу рук с равномерным положительным влиянием на целостность кожи, уменьшением покраснения и частоты появления мелких морщин при длительной работе в перчатках). Информация о наличии компонента может быть в Регистрационном удостоверении Росздравнадзора на товар (при отсутствии данного показателя необходимо указать – «отсутствует в РУ»), должна быть указана на групповой упаковке изделия (на основании потребности учреждения, для быстрой идентификации перчаток среди других). Форма перчатки должна быть плоская, без разделения на правую и левую руку (для быстрой смены перчаток). Должны быть полностью текстурированные (для улучшенного захвата инструмента во влажной и сухой среде). Манжета с валиком. Длина перчаток должна быть не менее 240мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения). Толщина текстурированных участков перчаток должна быть не менее 0,12 мм (для улучшенной чувствительности и сохранения повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Ширина ладони перчаток должна быть от 70 мм (на основании потребности учреждения, в зависимости от размера перчатки). На основании потребностей ЛПУ перчатки должны быть салатового или зеленого цвета для обозначения цветом и применения в ЛПУ для: приемного отделения ЛПУ, работ с ядовитыми и токсичными веществами, ВИЧ-, гепатит- и RW-положительные пациентами, дезинфицирующими средствами. Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых процедур (формат приемного отделения ЛПУ, ВИЧ-, гепатит- и RW- положительные пациенты, работы с ядовитыми и токсичными веществами, дезинфицирующими средствами), а также необходимостью дополнительной защиты рук персонала при длительной работе в перчатках (отсутствует аллергия на натуральный латекс). Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIа (указание в РУ)(для манипуляций, связанных с риском заражения и инфицирования персонала).Вес одной перчатки - не менее 4,5 гр.Размер S.	пар	**3000**	8,80	26 400,00
3	Перчатки диагностические нитриловые неопудренные текстурированные. Размер L.	Перчатки диагностические для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур. Материал изготовления нитрильный латекс. Внутренняя поверхности перчаток должна быть обработана веществом с компонентом натурального происхождения, Aloe Vera (или эквивалент) (должны обеспечивать длительное и постепенное нанесение компонента на кожу рук с равномерным положительным влиянием на целостность кожи, уменьшением покраснения и частоты появления мелких морщин при длительной работе в перчатках). Информация о наличии компонента может быть в Регистрационном удостоверении Росздравнадзора на товар (при отсутствии данного показателя необходимо указать – «отсутствует в РУ»), должна быть указана на групповой упаковке изделия (на основании потребности учреждения, для быстрой идентификации перчаток среди других). Форма перчатки должна быть плоская, без разделения на правую и левую руку (для быстрой смены	пар	**3000**	8,80	26 400,00

		перчаток). Должны быть полностью текстурированные (для улучшенного захвата инструмента во влажной и сухой среде). Манжета с валиком. Длина перчаток должна быть не менее 240мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения). Толщина текстурированных участков перчаток должна быть не менее 0,12 мм (для улучшенной чувствительности и сохранения повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Ширина ладони перчаток должна быть от 70 мм (на основании потребности учреждения, в зависимости от размера перчатки). На основании потребностей ЛПУ перчатки должны быть салатового или зеленого цвета для обозначения цветом и применения в ЛПУ для: приемного отделения ЛПУ, работ с ядовитыми и токсичными веществами, ВИЧ-, гепатит- и RW-положительные пациентами, дезинфицирующими средствами. Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых процедур (формат приемного отделения ЛПУ, ВИЧ-, гепатит- и RW- положительные пациенты, работы с ядовитыми и токсичными веществами, дезинфицирующими средствами), а также необходимостью дополнительной защиты рук персонала при длительной работе в перчатках (отсутствует аллергия на натуральный латекс).Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIa (указание в РУ)(для манипуляций, связанных с риском заражения и инфицирования персонала).Вес одной перчатки - не менее 4,5 гр. Размер L.				
4	Перчатки неопреновые нестерильные неопудренные (зеленые) - 285 мм. Размер М.	Перчатки неопреновые нестерильные неопудренные зеленого или синего цвета для индикации прокола; материал - неопрен (указан на упаковке); назначение - смотровые диагностические для стоматологоии, онкологии и для работы в агрессивной химической среде, подразделений по борьбе с вирусами, спидом; легко надеваются во влажной и сухой среде; используются для защиты против лекарств химиотрепарии: Carmustine, Cyclophosphamide, Doxorubicin Gydrocgloride, Mitomycin C, Daunorubicin HCI, 6-Flourouracil. Cisplatin, Etoposide, Paclitaxel, Thio-Tepa (указано на упаковке); коэффициент AQL (приемлемый уровень качества) - не более 1,5 (указано на упаковке); неанатомические (без разделения на правую и левую руки); текстурированные по всей поверхности; неопудренные; нестерильные; манжета - с валиком; длина перчатки (от края манжеты до кончика среднего пальца) - не менее 275 мм; толщина на среднем пальце(одинарная) - не менее 0,15 мм; толщина на манжете (одинарная) - не менее 0,09 мм; обработка - полимерное покрытие с силиконом; Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIa (указание в РУ)(для манипуляций, связанных с риском заражения и инфицирования персонала).Вес одной перчатки - не менее 9,1 гр. размер М.	пар	**500**	16,10	8 050,00

5	Перчатки диагностические латексные повышенной прочности. Размер L.	Перчатки диагностические для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур, должны быть повышенной прочности. Материал изготовления – натуральный каучуковый латекс без опудривания с внутренним покрытием из полиуретана или силикона (для устойчивости к антисептикам на спиртовой основе и изоляции кожи от химических веществ, используемых в процессе производства перчаток). Без хлоринации. Маркировка на упаковке материалов изготовления, в том числе материалов изготовления внутреннего покрытия/слоя (на основании потребности учреждения, для быстрой идентификации перчаток среди других). Форма перчатки должна быть плоская, без разделения на правую и левую руку (для быстрой смены перчаток). Длина перчаток должна быть не менее 300 мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения), манжета с валиком. Ширина ладони перчаток должна быть от 70 мм (на основании потребности учреждения, в зависимости от размера перчатки). Текстурированные по всей рабочей поверхности (для улучшенного захвата инструмента во влажной среде). Толщина текстурированных участков перчаткок должна быть не менее 0,33 мм (на основании потребности учреждения для обеспечения устойчивости к механическим повреждениям и высокого уровня защиты от воздействия химически агрессивных сред). Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIа (указание в РУ). (для манипуляций, связанных с риском заражения и инфицирования персонала). Вес одной перчатки - не менее 5,2 гр.Размер L.	пар	**1000**	26,10	26 100,00
6	Перчатки диагностические латексные неопудренные. Размер М.	Перчатки диагностические, не опудренные (для снижения вероятности развития латексной аллергии) для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур. Материал изготовления – латекс натурального каучука (для работ, не требующих контактов с химикатами). Наружная и внутренняя поверхность должна быть хлорирована (двойная хлоринация), в связи с чем перчатки должны иметь насыщенный жёлтый цвет и не слипающуюся рабочую поверхность. Наружная поверхность перчаток должна быть текстурированная (для улучшеного захвата инструментов во влажной и сухой среде). Форма перчатки должна быть плоская, без разделения на правую и левую руку (для быстрой смены перчаток). манжета с валиком. Длина перчаток должна быть не менее 240мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения). Ширина ладони перчаток должна быть от 70 мм (на основании потребности учреждения, в зависимости от размера перчатки). Толщина текстурированных участков перчатки должна быть не менее 0,15 мм (для улучшенной чувствительности и сохранения повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Медицинское изделие: класс потенциального риска применения не ниже IIа (указание в РУ). (для манипуляций, связанных с риском заражения и инфицирования персонала). Вес одной перчатки - не менее 5,2 гр.Размер М.	пар	**7000**	9,50	66 500,00

7	Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные. Размер 6.	Перчатки хирургические стерильные неопудренные латексные с нитрилом или многослойные с содержанием нитрила (указать состав). Для использования в операциях, требующих особой чувствительности (офтальмология, сосудистая хирургия, детская хирургия, и прочее), в том числе для персонала с проблемной кожей рук. Состав перчаток: латексные с нитрилом или или многослойные с содержанием нитрила (указать состав) для усиления барьерной защиты от химических веществ (с указанием на упаковке в инструкции. Согласно п.4.п.8.3.п.8.4 ГОСТ Р 52238-2004). Внутренняя поверхность обработана силиконом или полиуретаном (для усиления защиты от химических веществ и обеспечения легкости одевания). Наружная поверхность должна быть с противоскользящим эффектом, но не текстурированная для сохранения тактильной чувствительности. Цвет: антибликовый светло- коричневый или коричневый (для выполнения определенного вида операции под воздействием световых ламп). Манжета усиленная фиксирующая с валиком. Содержание протеинов менее 30 мкг/г (для персонала с проблемной кожей); длина перчатки - не менее 295 мм; толщина: на пальце- не менее 0,17 мм не более 0,19 мм, ладони - не менее 0,14 мм не более 0,16 мм, манжеты - не менее 0,12 мм не более 0,16 мм; Прочность на разрыв не менее 13 N. Класс барьерной защиты 2А и выше (указано в РУ или ТП) .Вес одной перчатки - не менее 5,2 гр.Размер 6.	пар	**200**	26,20	5 240,00
8	Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные. Размер 6,5.	Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических вмешательств и инвазивных процедур. Материал изготовления натуральный каучуковый латекс. Поверхность без опудривания. Внешняя и внутренняя поверхности перчатки не должны быть обработаны способом хлорирования. Должен быть в наличии внутренний слой из полиакрилата (или эквивалент) (для устойчивости к антисептикам на спиртовой основе). Анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони и изогнутыми пальцами (для снижения нагрузки на кисть). Текстурированные по всей рабочей поверхности. Длина перчаток не менее 295мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения). Ширина ладони перчаток должна быть от 62 мм (на основании потребности учреждения, в зависимости от размера перчатки). Текстурированные по всей рабочей поверхности (для улучшенного захвата инструмента во влажной и сухой среде) Толщина текстурированных участков перчаток не должна быть менее 0,13 мм (для сохранения чувствительности и повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых инвазивных процедур (защита персонала при хирургических операциях, в том числе длительных, в том числе при контакте с ВИЧ-, RW- и гепатит-инфицированными пациентами).Вес одной перчатки - не менее 7,2 гр. Размер 6,5.	пар	**100**	26,20	2 620,00

9	Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные. Размер 7.	Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических вмешательств и инвазивных процедур. Материал изготовления натуральный каучуковый латекс. Поверхность без опудривания. Внешняя и внутренняя поверхности перчатки не должны быть обработаны способом хлорирования. Должен быть в наличии внутренний слой из полиакрилата (или эквивалент) (для устойчивости к антисептикам на спиртовой основе). Анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони и изогнутыми пальцами (для снижения нагрузки на кисть). Текстурированные по всей рабочей поверхности. Длина перчаток не менее 295мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения). Ширина ладони перчаток должна быть от 62 мм (на основании потребности учреждения, в зависимости от размера перчатки). Текстурированные по всей рабочей поверхности (для улучшенного захвата инструмента во влажной и сухой среде) Толщина текстурированных участков перчаток не должна быть менее 0,13 мм (для сохранения чувствительности и повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых инвазивных процедур (защита персонала при хирургических операциях, в том числе длительных, в том числе при контакте с ВИЧ-, RW- и гепатит-инфицированными пациентами).Вес одной перчатки - не менее 7,2 гр.Размер 7.	пар	**200**	26,20	5 240,00
10	Перчатки хирургические латексные стерильные неопудренные. Размер 7,5.	Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических вмешательств и инвазивных процедур. Материал изготовления натуральный каучуковый латекс. Поверхность без опудривания. Внешняя и внутренняя поверхности перчатки не должны быть обработаны способом хлорирования. Должен быть в наличии внутренний слой из полиакрилата (или эквивалент) (для устойчивости к антисептикам на спиртовой основе). Анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони и изогнутыми пальцами (для снижения нагрузки на кисть). Текстурированные по всей рабочей поверхности. Длина перчаток не менее 295мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения). Ширина ладони перчаток должна быть от 62 мм (на основании потребности учреждения, в зависимости от размера перчатки). Текстурированные по всей рабочей поверхности (для улучшенного захвата инструмента во влажной и сухой среде) Толщина текстурированных участков перчаток не должна быть менее 0,13 мм (для сохранения чувствительности и повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых инвазивных процедур (защита персонала при хирургических операциях, в том числе длительных, в том числе при контакте с ВИЧ-, RW- и гепатит-инфицированными пациентами).Вес одной перчатки - не менее 7,2 гр. Размер 7,5.	пар	**100**	26,20	2 620,00

11	Перчатки хирургические стерильные, с индикацией прокола. Размер 7.	Перчатки хирургические стерильные для всех видов хирургических вмешательств и инвазивных процедур. Содержат 2 пары стерильных перчаток в одной стерильной упаковке (для одномоментного использования в системе индикации проколов при работе с пациентами группы риска и повышенной вероятности инфицирования). Наружные перчатки: Материал изготовления – натуральный каучуковый латекс без опудривания. С внутренним функциональным синтетическим слоем из полиуретана или силикона (для устойчивости к антисептикам на спиртовой основе). Без хлоринации. Кремового или светло-бежевого цвета (для создания контрастного пятна с внутренними перчатками). Текстурированные по всей рабочей поверхности (для улучшенного захвата инструмента во влажной среде). Толщина текстурированных участков перчатки не менее 0,18 мм (для сохранения чувствительности и повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Длина перчаток не менее 295мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения) . Выраженный валик на манжете. Внутренние перчатки: Материал изготовления – натуральный каучуковый латекс без опудривания. С внутренним функциональным синтетическим слоем из полиуретана или силикона (для устойчивости к антисептикам на спиртовой основе и изоляции кожи от химических веществ, используемых в процессе производства перчаток). Темно-зеленого или темно-синего цвета (для создания контрастного пятна с наружными перчатками). Дополнительное силиконовое покрытие (для предотвращения слипания внутренней и наружной перчатки между собой). Текстурированные по всей рабочей поверхности, толщина текстурированных участков перчатки не менее 0,14 мм (для сохранения чувствительности и повышенной прочности, на основании потребности учреждения). Длина не менее 290мм (на основании потребности учреждения, для надежной защиты предплечья при манипуляциях, требующих глубокого проникновения). Требуемые характеристики обусловлены особенностями проводимых инвазивных процедур, в том числе для дополнительной защиты рук персонала при контакте с ВИЧ и гепатит-инфицированными пациентами.Вес одной перчатки - не менее 7,2 гр. Размер 7.	пар	**20**	239,00	4 780,00
12	Хирургические синтетические неопудренные перчатки с индикацией прокола с внутренним безлатексным покрытием. Размер 7,5.	Стерильные неопудренные хирургические перчатки для хирургических операций требующих длительной устойчивости перчаток к химической деструкции, а также при наличии у пациента или врача аллергии на латекс, обладают повышенной тактильной чувствительностью, из неопрена с системой индикации прокола. Перчатки р. 2 пары (4 шт) в одной стерильной заводской упаковке, внутренние перчатки синего цвета, наружные – высокой степени прозрачности светло-телесного цвета. Манжета перчатки с валиком (венчиком). По краю внутренней поверхности манжеты перчаток должна быть полоса, препятствующая скольжению перчатки по рукаву хирургического халата шириной не менее 20 мм. Длина перчатки с манжеты не менее 280 мм и не более 290 мм. Внутренние перчатки на ½ размера больше наружных (с целью снижения нагрузки на кисть), обладают прочностью на разрыв не менее 12 Н. Наружная поверхность внутренней перчатки гладкая. Внешняя перчатка должна обладать прочностью на разрыв после ускоренного старения не менее 13Н. AQL (приемлемый уровень качества) по герметичности не более 1 и не менее 0,65 после упаковки перчаток. Отсутствие в составе тиурамов и меркаптобензтиазолов. Перчатки должны обладать устойчивостью к	пар	**20**	239,00	4 780,00

		вирусной пенетрации согласно ASTM F-1671 (наличие протоколов испытаний). Индивидуальная заводская упаковка - пластик, устойчивый к влаге. Перчатки стерильные, метод стерилизации гамма облучением.Групповая упаковка (коробка-деспенсер) имеет клапан для извлечения перчаток без открывания коробки и клапан возврата в верхней части для возврата перчаток в коробку при случайном вытягивании лишних перчаток.Вес одной перчатки - не менее 7,2 гр. Размер 7,5.				
13	Система для вливания инфузионных растворов.	Система инфузионная с полимерным шипом и лейкопластырем. Система состоит из пластикового шипа со встроенным воздушным клапаном, прозрачной инфузионной трубки, капельницы, коннектора Луер, роликового зажима, дополнительного порта, инъекционной иглы, стерильного лейкопластыря для фиксации иглы. Предназначена для вливания инфузионных растворов из стеклянных бутылок и полимерных контейнеров. Длина инфузионной трубки не менее 150 см. Бесцветная прозрачная капельная камера длиной не менее 55 мм с фильтром позволяющая видеть невооруженным глазом пузырьки воздуха, уровень жидкости и последовательность каплепадения. Режим работы роликового зажима -от полного перекрытия до струйного истечения. Игла инъекционная не менее 21G (0,8*40 мм) с тройной лазерной заточкой, обработана специальной смазкой. Дистальный конец системы оснащен упругим портом, позволяющим проводить дополнительные инъекции лекарственных средств. Лейкопластырь стерильный в индивидуальной упаковке находится в единой упаковке с системой для сохранения стерильности. Размер лейкопластыря не менее 70*43 мм с делением на 4 полоски для фиксации иглы. Изделия упакованы в единый индивидуальный герметичный полипропиленовый пакет, обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока годности.	штук	**5000**	16,200	81 000,00
14	Система для переливания крови и кровезаменителей	Система для гравитационной внутривенной капельной инфузии, применяется для переливания инфузионных растворов и кровезаменителей только из стеклянных флаконов. Игла размером не менее 35 мм. С металлическим шипом в пробку, пункционный наконечник, вентиляционный канал с антибактериальным фильтром. Выделенный капельник, прозрачная верхняя часть капельной камеры, эластичная нижняя часть со встроенным гидрофильным непроницаемым для воздуха фильтром тонкой очистки не более 15 мкм. Прозрачная инфузионная трубка длиной не менее 150 см с инъекционным портом. Роликовый зажим, U-образный боковой канал, разъемы для утилизации наконечника и фиксации трубки. На дистальном конце системы - коннектор Луер-Лок и защитный колпачок с воздуховодом и гидрофобной мембраной для стерильного заполнения системы. Съемная игла 21G с трехгранной копьевидной заточкой. Размер трубки иглы от 0,2 мм. Головка иглы и/или предохранительный колпачок должны идентифицироваться цветовым кодом. Системы изготовлены из высококачественных и нетоксичных материалов, не содержат латекс. Упаковка индивидуальная.	штук	**50**	22,70	1 135,00

15	Пластырь медицинский нестерильный на полимерной основе. Размер 2.5х500.	Пластырь медицинский фиксирующий рулонный на катушке адгезивный. Предназначен для фиксации повязок и медицинских устройств. Должен быть на полимерной влагостойкой основе (позволяет использование при гигиенических процедурах пациента), с нанесением акрилатного клея (для усиленной адгезии и для обеспечения гипоаллергенности и применения у людей с чувствительным типом кожи). Должен быть микроперфорированный (для легкого разрыва в продольном и поперечном направлении и обеспечения воздухо- и влагопроницаемости). Должен быть прозрачный (на основании потребности учреждения для контроля состояния медицинских. устройств). Должно быть фрагментарное нанесение клея бороздками (для усиления воздухо- и влагопроницаемости и адгезии). Размер 2.5х500.	штук	**120**	36,60	4 392,00
16	Шприц инсулиновый инъекционный однократного применения 1мл	Шприц объемом 1,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла диаметром не менее 0,3 мм и не более 0,4мм, длинной не менее 0,12мм и не более 13 мм, из нержавеющей стали заточка иглы лазерная трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием для обеспечения проведения безболезненной инъекции (информация о наличии силиконового покрытия указана на индивидуальной упаковке). Игла надета на шприц в заводских стерильных условиях для исключения риска распространения ВБИ при надевании иглы медицинским персоналом в условиях больницы. Соединение шприца с иглой типа LUER (Луэр-Слип). Цилиндр: концентрическое (центральное) расположение конуса цилиндра, материал цилиндра медицинский полипропилен (PP), поршня: медицинский полиэтилен (PE). Поршень имеет не менее 4 ребер жесткости и не менее 4 треугольных насечек (по одной на каждом ребре жесткости для его разрушения по окончания инъекции с целью исключения повторного использования). Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре гладкие, на поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность. Цилиндр полностью прозрачен, чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора. Количество шприцев в групповой заводской упаковке не более 200 штук для структурных подразделений с малым расходом шприцов. Шприцы должны соответствовать стандарту ГОСТ 7886-1-2011.	штук	**500**	6,70	3 350,00
17	Шприц туберкулиновый инъекционный однократного применения 1мл	Шприц туберкулиновый (указано на индивидуальной упаковке) объемом 1,0 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с резиновой уплотнительной манжетой на поршне. Игла диаметром не менее 0,3 мм и не более 0,4мм, длинной не менее 0,12мм и не более 13 мм, из нержавеющей стали заточка иглы лазерная трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием для обеспечения проведения безболезненной инъекции (информация о наличии силиконового покрытия указана на индивидуальной упаковке). Игла надета на шприц в заводских стерильных условиях для исключения риска распространения ВБИ при надевании иглы медицинским персоналом в условиях больницы. Соединение шприца с иглой типа LUER (Луэр-Слип). Цилиндр: концентрическое (центральное) расположение конуса цилиндра, материал цилиндра медицинский полипропилен (PP), поршня: медицинский полиэтилен (PE). Поршень имеет не менее 4 ребер жесткости и не менее 4 треугольных насечек (по одной на каждом ребре жесткости для его разрушения по окончания инъекции с целью	штук	**500**	4,40	2 200,00

		исключения повторного использования). Цилиндр имеет внутри стопорное кольцо, упоры для пальцев на цилиндре гладкие, на поршне имеют текстурированную (ребристую) поверхность. Цилиндр полностью прозрачен, чем обеспечивает максимальный контроль состояния вводимого раствора, в том числе наличия пузырьков воздуха и дозы вводимого препарата. Количество шприцев в групповой заводской упаковке не более 200 штук для структурных подразделений с малым расходом шприцов. Шприцы должны соответствовать стандарту ГОСТ 7886-1-2011.				
18	Шприц инъекционный однократного применения 2мл	ШПРИЦ 2 мл 3-х комп.,Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размер первой иглы диаметром не менее 0,49мм не более 0,52мм и длиной не менее 23мм не более 27мм. Размер второй иглы диаметр не менее 0,68 не более 0,73 и длинной не менее 38 и не более 41. Игла имеет центральное расположение. Цилиндр прозрачный, материал - полипропилен. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Открытый конец цилиндра должен иметь упоры для пальцев, обеспечивающие шприцу устойчивость и удерживающие его от скатывания и оборота вокруг собственной оси больше чем на 180° при размещении его шкалой вверх на плоской поверхности, расположенной под углом 10° к горизонтали.Упоры для пальцев должны иметь соответствующие размеры, форму и прочность, отвечающие их назначению и обеспечивающие надежное удерживание шприца при его применении. Упоры для пальцев не должны иметь заусенцев и острых краев. Конструкция штока и упора штока шприца должна быть такой, чтобы при удерживании шприца одной рукой шток мог быть утоплен большим пальцем этой же руки. Длина штока должна быть достаточной для передвижения поршня по всей длине цилиндра. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца V, мл: $2 \leq V < 5$; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм 27 (26); деление шкалы, мл 0,2; вместимость между линиями градуировки с числами, мл 0,5 или 1,0. Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 1,2 мм. Шкала шприца должна быть градуирована делениями. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Двойная шкала не допускается. Единица вместимости должна быть указана на цилиндре шприца.Уплотнитель поршня из термопластичного эластомера чёрного цвета.	штук	**2400**	3,50	8 400,00
19	Шприц инъекционный однократного применения 5 мл	ШПРИЦ 5 мл, 3-х комп.,Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размер первой иглы диаметр не менее 0,69мм не более 0,73мм и длина не менее 29мм не более 35мм, размер второй иглы: диаметр не менее 0,79 мм не более 0,81 мм и длина не менее 38мм не более 41мм,Одна игла должна быть надета на шприц и предназначена для прокалывания крышки флакона. Вторая игла для проведения инъекции лежит рядом. Резиновая или полиуретановая уплотнительная манжета на	штук	**2400**	5,10	12 240,00

		поршне. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса, материал - "рандом сополимера". Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 0,3 мм и не более 2,5 мм.Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца V, мл:5 ≤ V < 10; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм от 27 до 76; деление шкалы, мл от 0, 05 до 11,0; вместимость между линиями градуировки с числами, мл от 0,1 до 11. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Шкала с цифровым обозначением через каждые 10 делений. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Уплотнитель поршня из термопластичного эластомера чёрного цвета. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Одна игла должна быть надета на шприц и предназначена для прокалывания крышки флакона. Вторая игла для проведения инъекции лежит рядом. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем – плотная мед.бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / полиамид).				
20	Шприц инъекционный однократного применения 10 мл	ШПРИЦ 10 мл 3-х комп., Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размер первой иглы диаметр не менее 0,89мм не более 0,91мм и длина не менее 38мм не более 41мм, размер второй иглы: диаметр не менее 0,95 мм не более 1,21 мм и длина не менее 38мм не более 41мм,Одна игла должна быть надета на шприц и предназначена для прокалывания крышки флакона. Вторая игла для проведения инъекции лежит рядом. Резиновая или полиуретановая уплотнительная манжета на поршне. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса, материал - "рандом сополимера".Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 0,3 мм и не более 2,5 мм. Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца V, мл: 10 ≤ V < 20; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм от 27 до 76; деление шкалы, мл от 0, 05 до 11,0; вместимость между линиями градуировки с числами, мл от 0,1 до 11. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Шкала с цифровым обозначением через каждые 10 делений. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Уплотнитель поршня из термопластичного эластомера чёрного цвета. Насечки на упоре	штук	**2400**	6,10	14 640,00

		исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем – плотная мед.бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / полиамид).				
21	Шприц инъекционный однократного применения 20 мл	ШПРИЦ 20 мл SFM 3-х комп., Внутри стерильной упаковки находятся две инъекционных иглы. Размер первой иглы диаметр не менее 0,89мм не более 0,91мм и длина не менее 38мм не более 41мм, размер второй иглы: диаметр не менее 1,56 мм не более 1,61мм и длина не менее 38мм не более 41мм,Одна игла должна быть надета на шприц и предназначена для прокалывания крышки флакона. Вторая игла для проведения инъекции лежит рядом. Резиновая или полиуретановая уплотнительная манжета на поршне. Цилиндр: коаксиальное/концентрическое расположение конуса, материал - "рандом сополимера". Диаметр центрального отверстия наконечника должен быть не менее 0,3 мм и не более 2,5 мм.Поверхность шприца, контактирующая с инъекционной жидкостью, при нормальном применении должна быть чистой и не должна иметь посторонних частиц при визуальном осмотре нормальным или скорректированным до нормального зрением, без использования увеличения и при освещенности от 300 до 700 лк. Номинальная вместимость шприца V, мл: $20 \leq V < 50$; общая длина шкалы до отметки номинальной вместимости, мм от 27 до 76; деление шкалы, мл от 0, 05 до 11,0; вместимость между линиями градуировки с числами, мл от 0,1 до 11. Длина цилиндра должна быть такой, чтобы общая вместимость шприца была на 10 % больше номинальной вместимости. Материал цилиндра - полипропилен. Цилиндр прозрачный. Шкала с цифровым обозначением через каждые 10 делений. Градуировка четкая, контрастная, черного цвета, что способствует максимально точной дозировке. Уплотнитель поршня из термопластичного эластомера чёрного цвета. Насечки на упоре исключают скольжение пальцев в процессе инъекции. Форма и размер ободка вокруг цилиндра обеспечивают удобство и надежность захвата и удержания шприца в момент использования. Прочное двойное стопорное кольцо предотвращает случайное выдергивание поршня в момент набора лекарственного средства. Насечки должны быть у основания поршня для его разрушения по окончании инъекции. Индивидуальная стерильная блистерная упаковка с отогнутым краем – плотная мед.бумага и прозрачная пленка (состав пленки - полиэтилен / полиамид).	штук	**800**	9,90	7 920,00
22	Шприц стерильный для вакцинации 0,1 мл	Шприц стерильный саморазрушающийся объемом 0,1 мл. Информация о том, что шприц является "саморазрушающийся" или "самоблокирующийся" должна быть отражена в регистрационном удостоверении Росздравнадзора для однозначной идентификации товара. Шприц с коаксиальным расположением наконечника. Шприц включает в себя цилиндр, поршень с уплотнителем и иглу. Материал цилиндра – полипропилен. Цилиндр полностью прозрачный, для хорошей визуализации содержимого. Шкала – с цифровым обозначением через каждые пять делений – хорошо читаемая, имеет четкую градуировку для максимально точного соблюдения дозировки. Игла интегрированная не	штук	**1000**	4,00	4 000,00

		более 0,3*13мм. Саморазрушающееся устройство шприца представляет собой пружину, встроенную в шприц. После проведении инъекции шток шприца надежно фиксируется, что исключает возможность повторного использования. В заводской групповой упаковке не более 100 штук для структурных подразделений с малым расходом шприцов. Шприцы должны соответствовать стандарту ГОСТ 7886-1-2011. происхождения товара)				
23	Повязка стерильная бактерицидная на нетканой основе с повидон-йодом. Размер 10*20.	Послеоперационная бактерицидная стерильная повязка с абсорбирующей подушечкой. Должна содержать повидон- йод, адгезивная на нетканой основе (для обработки хирургических, шовных, травматических ран). Должна быть гипоаллергенная с нанесением акрилатного клея (для усиленной адгезии и для обеспечения гипоаллергенности и применения у людей с чувствительным типом кожи). Должна быть вискозная подушечка. Подушечка должна быть обработана повидон-йодом (для предотвращения риска вторичного инфицирования раны). Время абсорбции не более 1с. Длительность адгезии должна быть не менее 12 часов. Должна иметь закругленные края (для предотвращают преждевременное отклеивание, пролонгируя нахождение повязки на раневом ложе).Размер 10*20.	штук	**50**	47,50	2 375,00
24	Повязка стерильная адгезивная из нетканого материала. Размер 5х7,2.	Повязка стерильная адгезивная из нетканого материала, послеоперационная. Предназначена для защиты от внешних загрязнений. Должна быть с атравматичной абсорбирующей подушечкой. Должна быть изготовлена из нетканого материала- вискозы с добавлением полиэстера (для обеспечения воздухо- и влагообмен без риска мацерации), с применением гипоаллергенного термоклея. Абсорбирующая подушечка должна быть изготовлена из целлюлозы с содержанием синтетических волокон. Время абсорбции не более 1с. Длительность адгезии должна быть не менее 12 часов. Должна иметь закругленные края (для предотвращают преждевременное отклеивание, пролонгируя нахождение повязки на раневом ложе). Должна быть стерилизация оксидом этилена.Размер 5х7,2.	штук	**100**	9,00	900,00
25	Повязка стерильная адгезивная из нетканого материала. Размер 10х15.	Повязка стерильная адгезивная из нетканого материала, послеоперационная. Предназначена для защиты от внешних загрязнений. Должна быть с атравматичной абсорбирующей подушечкой. Должна быть изготовлена из нетканого материала- вискозы с добавлением полиэстера (для обеспечения воздухо- и влагообмен без риска мацерации), с применением гипоаллергенного термоклея. Абсорбирующая подушечка должна быть изготовлена из целлюлозы с содержанием синтетических волокон. Время абсорбции не более 1с. Длительность адгезии должна быть не менее 12 часов. Должна иметь закругленные края (для предотвращают преждевременное отклеивание, пролонгируя нахождение повязки на раневом ложе). Должна быть стерилизация оксидом этилена.Размер 10х15.	штук	**100**	21,90	2 190,00

ЗАКАЗЧИК

_____ /Е.Л. Гордецкая/

МП

ПОСТАВЩИК

/Т.А. Кравченко/

МПК